

CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA

Radiofármaco: DMSA – ^{99m}Tc

Duração: Tempo máximo de duração é de 8 horas. Não é necessária a permanência do paciente na clínica de Medicina Nuclear (BIOCINT) durante o intervalo entre a injeção do radiofármaco e a aquisição das imagens.

Como o exame é realizado: O radiofármaco é administrado por via endovenosa, sendo necessário um intervalo de 4 a 6 horas entre a administração do medicamento e a aquisição das imagens. O paciente será liberado para realizar suas atividades com um horário marcado para o seu retorno à clínica e para a realização das imagens. As imagens têm duração de aproximadamente 40 minutos.

Preparo do paciente:

- Não é necessário jejum, nem suspensão de medicamentos de uso diário.
- Este exame não pode ser realizado no mesmo dia que a Cintilografia Renal Dinâmica (DTPA). Deve ser realizado 48 horas antes ou 48 horas após a Cintilografia Renal Dinâmica (DTPA).
- Exames que utilizam contraste iodado, tais como tomografia computadorizada, PET/CT, entre outros, devem ser agendados e realizados com no mínimo 24 horas de intervalo entre a cintilografia.

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes quem fazem uso de fralda, deverão levar no dia do exame fraldas extras.
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	